

JBC

www.jbctools.com

取扱説明書



JTT

ヒーターホースセット

本取扱説明書は下記製品に対応しています。

JT-T1A (100V, 120V)

同梱物リスト

以下の品目が同梱されています。



JTT用グリップ 1 個
Ref. JT-A



JTH1
JTT用ヒーター 1 個
Ref. 0014105 (100V, 120V)


取扱説明書 (本書) .. 1 個
Ref. 0031133

JTT ヒーターホースセットの交換

備考: この操作は、ステーションの電源が切れているときのみ行ってください。

スパナでナット(1)を外し、ツールホース(2)を外します。


新しいホースを挿入しコネクタ(2)に完全に押し込まれていることを確認しナット(1)を締めます。



機能

JTTヒーターホースセットは、中型および大型のSMDを修理することができます。JTSEコントロールユニットとJNノズルに対応します。

ヒーターの交換



備考: この操作は、ヒーターが冷えていて、本体が主電源に繋がれていないときのみ行ってください。

ネジ(1)を緩め、摩耗したヒーターをグリップ(2)から引き抜きます。

新しいヒーターを挿入し、最後まで押し込まれていることを確認し(2)、ネジ(1)を締め付けます。

* 別売りです。

仕様

JTT

ヒーターホースセット

Ref.: **JT-T1A** (100V, 120V)

- ホース長さ: 1100 mm
- 総重量: 370.5 g

- 梱包時の寸法/重量: 382 x 159 x 81 mm / 508.8 g
(L x W x H)

CE規格準拠

ESD対応

JBC

保証

JBCの2年保証は、本製品のすべての製造上の欠陥を対象としており、欠陥部品の交換とその工数も含まれます。

ただし、製品や部品の摩耗、消耗や誤用は保証対象外です。

保証を有効にするためには、本製品をご購入いただいた販売店にお客様にて送料ご負担のうえ、ご返送いただく必要がございます。



本製品を廃棄箱に捨てないでください。

欧州指令2012/19/EUに基づき、寿命が尽きた電子機器は回収し、認定されたりサイクル施設に返却する必要があります。



www.jbctools.com

0031133-110423